

項目	検体種	採取容器	採血後 転倒混和	遠心	分離	保存 温度
一般血球計数 (白血球分類)	血液	EDTA-2K	必要	不可	不可	室温
以下の検査項目（採取容器）は検体保存条件が異なるため、指定通りお願いします						
凝固・ 線溶検査	血液	3.13%クエン酸 ナトリウム	必要	必要	上清を分離	冷凍保存 (-18℃)
血液細胞 マーカー検査	血液・骨髓血・ リンパ節・胸腹 水・肺胞洗浄液	ヘパリンナトリ ウム	必要	不可	不可	

